



JUP Istrazivanje i razvoj d.o.o. Beograd

JUP ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ D.O.O. BEOGRAD
3302
Бр. 15/10 2014 год.
БЕОГРАД

IOP/6-2013/G/CEB1-EIB/B

Povodom zahteva za dodatnim pojašnjenjima tenderske dokumentacije za nabavku kapitalne opreme broj IOP/6-2013/G/CEB1-EIB/B, u periodu od 08.10.2014, dostavljamo vam sledeće odgovore:

Pitanje i Odgovor broj 10:

(Zavedeno pod brojem 3223 od 08.10.2014.)

ON175016 -Item 2265 3D movement acquisition system

Molim vas da nas obavestite koliko Motion Trackers vam je potrebno za primenu. Uredaj koji ste naveli više nije dostupan . Njegova zamena nema podesive frekvencije uzorka do 500Hz . Da li je prihvatljiva jedinicu sa uzorkom frekvencije od 1800Hz?

Odgovor: Potrebno je da sadrži 6 senzora, 1800 Hz odgovara.

III43007- Item 499 Advanced Gas Calibration Unit

Obaveštavamo vas da su jedinjenja u cisterni za gas neznatno promenjena . To je 2 Butanon i benzen koji su dodatno uključeni, trihlorobenzen više nije dostupan. Da li možete da promenite ovo u specifikacijama.

Odgovor: Delete FORMALDEHYDE and TRICHLOROBENZENE from the specs and include 2-BUTANONE and BENZENE

III45010 - Item 733 Motor Controller

What exactly do the 3 axes refer to. Da li ova funkcija pripada Auto - alignment.

Odgovor: Nemamo dodatnih informacija za navedeni uredaj.

III46008 - Item 5594 Laboratory Autoclave

Exterior dimensions (W x D x H): 440 x 550 x 10500 mm

This must be a mistake. Please change this to 730 x 645 x 870. These are the real dimensions of the autoclave.

Chamber dimensions (diameter x depth): Ø 300 x 670 mm

This must be a mistake. Please change this to 600 x 510. These are the real dimensions of the autoclave.

Друштво са ограниченом одговорношћу ЈУП Истраживање и развој Београд, Немањина 22-26

Адреса: Немањина 22-26, Београд – Савски Венац, Србија

Телефон.: (011) 3088 795, Факс.: (011) 3088 653, E-mail: office@piu.rs Website: www.piu.rs

Број регистрације: БД 87134/2010, Регистар привредних субјеката, Агенција за привредне регистре Републике Србије;

Матични број: 20668890;

ПИБ: 106729004

Текући рачуни: 285-100100000216-50; 285-100100000217-47; 285-100100000218-44; 205-160097-44

Effective capacity : 48 litres

This must be a mistake. Please change this to 150L. A capacity of 48 liters is way too small for holding 3 baskets.

Odgovor: Specifikacija ostaje nepromenjena.

TR31025- Item 8053 Theodolit

Na žalost ova stavka više nije dostupna, da li možete da korigujete specifikaciju.

Odgovor: Nemamo dodatnih informacija za navedeni uređaj.

Pitanje i Odgovor broj 11:

(Zavedeno pod brojem 3225 od 08.10.2014.)

TR31025- Item 8046 Device for weighing of bales-hydraulic errector + measuring cell

Specifikacije ispod 1.0 (1. 1 do 1. 10) i 2.0 (2. 1 do 2. 7) su potpuno isti kao u tački 8038. Da li je to ispravno ?

Odgovor: Specifikacija ostaje nepromenjena jer su u pitanju dva uređaja , jedan uređaj je namenjen za rad u laboratoriji a drugi za merenje na terenu (poljoprivrednih parcela).

Sekretar komisije


Jelena Božović