

Objavljeno 29.12.2015.

MOP Br. IOP/09-2015/NCE/2

8042
 29-12 2015
 SMOLEA

Projeekat: Istraživanje I Razvoj u Javnom sektoru

Potprojeekat: Nova Kapitalna oprema

Nabavka: Nabavka Kapitalne Opreme

Pitanje Br.	Tenderska dokumentacija	Pitanje	Odgovor
1	Annex 1, Tehnicka specificacija	<p>Pitanje zavedeno: 31/07/2015</p> <p>Poštovani, U tehnickoj specificaciji za LOT 13-Liquid chromatography za nabavku br. IOP/09-2015/NCE/2 tražen je :</p> <p>Flow rate range 0,05-10 ml/min, increment: 0,001 ml/min.</p> <p>Da li je prihvatljivo, prema tehnickim uputstvima, str.69, gde se kaže da ponudena dobra treba da budu "najnovijih ili aktuelnih modela i da u sebi sadrže sva nedavna poboljšanja u dizajnu i materijalima", da ponudimo odgovarajući instrument koji je trenutno aktuelan, sa poboljšanom najnovijom tehnikom kod koje je dovoljan :</p> <p>Flow rate range 0,001-5,000 ml/min, increment: 0,001 ml/min</p> <p>Aparat će se koristiti prevrstveno za masenu spektrometriju gde nisu potrebni protoci veći od 1ml/min, a što se tiče svih ostalih karakteristika one prevazilaze tražene.</p>	<p>Da, prihvatljivo je da se ponudi Flow rate range 0,001-5,000 ml/min, increment: 0,001 ml/min.</p>

Stavroje Stavrut