

УНИ НАСТАВЉАЊЕ И РАЗВОЈ ДОО БЕОГРАД
Бр. 200
14.01.2016
Београд

ПОЈАШЊЕНЈЕ БР. 5

Објављено 14.01.2016.

MOP Br. IOP/09-2015/NCE/2

Projekat: Istraživanje i Razvoj u Javnom sektoru

Potprojekat: Nova Kapitalna oprema

Nabavka: Nabavka Kapitalne Opreme

Pitanje Br.	Tenderska dokumentacija	Pitanje	Odgovor
1	Tenderska dokumentacija	<p>Pitanje od: 05/01/2016</p> <p>U tehničkoj specifikaciji za lot 12-motorized microscope for complete cytogenetic analyses za nabavku kapitalne opreme IOP/09-2015/NCE/2 molimo vas da navedete:</p> <p>-koje komponente mikroskopa treba da budu motorizovane (stocic, revolver, kondenzor, fluorescence)</p> <p>-n/a i wd objektivna</p>	<p>-Sledeće komponente mikroskopa moraju biti motorizovane:</p> <p>-motorizovani focus drive sa korakom od maksimum 10nm</p> <p>-skenirajući sto sa 8 pozicija za preparate</p> <p>-revolver (nosač objektivna) sa minimum 7 pozicija i sa automatskim prepoznavanjem objektima</p> <p>-achromatsko aplanatski kondenzor sa min 8 pozicija i za objektivne od 1-100x</p> <p>-nosač filtera za fluorescenciju sa minimum 10 pozicija i sa automatskim prepoznavanjem filtera</p> <p>-neophodni su sledeći objektivni sa sledećim N/A:</p> <ul style="list-style-type: none">- 10x/0.45- 20x/0.80- 40x/0.75- 60 ili 63x/1.40- 100x/1.40

		N/A (numeričke aperture): mogu biti i veće WD (Slobodan radna distance) nije bitna
--	--	---

WV
J. J. J. J.