

ПОЈАШЊЕНЈЕ БР. 12

Објављено 17.02.2016.


MOP Br. IOP/09-2015/NCE/2

Projekat: Istraživanje i Razvoj u Javnom sektoru

Potprojekat: Nova Kapitalna oprema

Nabavka: Nabavka Kapitalne Opreme

Pitanje Br.	Tenderska dokumentacija	Pitanje	Odgovor
1	ANNEX I, Tehnička specifikacija	<p>Pitanja od: 04/02/2016/</p> <p>Lot 8 – 20 Chamber O2/CO2/CO/H2S/NO2 Spirometer</p> <p>a) Molimo vas da nam potvrdite da li je prihvatljivo ponuditi novi, bolji i tehnički usavršeniji model respirometra. Naime, proizvođač nas je obavestio da navedeni model iz 2011. godine, više nije dostupan, te da je usavršen sledećim delovima:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Micro-Oxymax Air Pump (20 LPM) - Micro-Oxymax Open Circuit <p>b) S obzirom da gore navedena oprema poskupljuje aparat, a da bi ostali u istom cenovnom nivou prethodnog modela, da li je prihvatljivo ponuditi umesto pozicije 1:</p> <p>Micro-Oxymax 20 Chamber Basa System sledeće: Micro-Oxymax 10 Chamber System</p>	<p>Videti Izmenu br. 9 Tenderske dokumentacije.</p>
		Pitanja od: 13/02/2016/	

1	ANNEX I, Tehnička specifikacija	<p>Dostavljamo pitanje vezano za LOT 32 u postupku IOP/09-2015/NCE/2 - Javna nabavka kapitalne opreme:</p> <p>U lotu br. 32 je specificirana oprema High pressure PVT equilibrium view cell je vrlo specifična i ne predstavlja serijski proizvod već instrument koji se izrađuje po porudzbini i po specifičnim tehničkim karakteristikama koje zahteva krajnji korisnik. Zbog toga je nemoguće predmetni instrument isporučiti u roku od 90 dana definisanim tenderskom dokumentacijom. Da li je moguće da se rok isporuke za lot. 32 produzi na 6 meseci?</p> <p>Napominjemo da ste sličnu situaciju imali u pojašnjenju br.7 vezano za lot 11 i nadamo se da ćete istovetno postupiti i u ovom slučaju(izmenom br.3 ste produzili rok isporuke za predmetnu stavku na 7 meseci).</p>	<p>Videti Izmenu br. 9 Tenderske dokumentacije.</p> 
---	---------------------------------	--	---