

Poštovani,

Povodom pitanja koje ste nam uputili do dana 24.05.2012. godine, u vezi sa postupkom javne nabavke laboratorijskih i informaciono-komunikacionih dobara radi opremanja Istraživačke stanice Petnica, broj IOP/2-2012/G, dostavljamo vam sledeće odgovore:

Pitanje br. 1:

Odeljak III, Kriterijumi za vrednovanje i kvalifikovanje, Zahtevi za postkvalifikovanje:

- Da li su prihvatljivi dokazi sa datumom iz januara meseca 2012. – važeće potvrde Poreske uprave u jedinice lokalne samouprave o izmirenim porezima i doprinosima ili je neophodno priložiti potvrde novijeg datuma, jer, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji, datum na dokazima ne sme biti stariji od 60 dana pre datuma objavljivanja javnog poziva?

Odgovor na pitanje br. 1:

Konkursnom dokumentacijom, Odeljak III „Kriterijumi za vrednovanje i kvalifikovanje ponuda“, pod tačkom 2 „Zahtevi za postkvalifikovanje“ u pogledu dokazivanja pravne sposobnosti, navedeno je da kandidati moraju da dostave dokaze sa datumom koji ne sme biti stariji od 60 dana pre datuma objavljivanja javnog poziva. Shodno navedenom, dokazi sa datumom iz januara meseca 2012. godine (potvrde Poreske uprave i jedinice lokalne samouprave o izmirenim porezima i doprinosima) nisu adekvatan/prihvatljiv dokaz.


Pitanje br. 2:

- Poslovni kapacitet – zahteva se realizovan minimum jedan ugovor u poslednjih pet godina, sličan predmetnom u realizovanoj minimalnoj vrednosti od 150.000,00 EUR (Lot br. 7). Da li je prihvatljiva referenca – u formi potvrde izdate od strane matične kompanije _____, koja je osnivač firme ____? Možemo li priložiti izjave klijenata kompanije _____ I njenih filijala kao reference?

Odgovor na pitanje br. 2:

U cilji dokazivanja neophodnog poslovnog kapaciteta, ponuđač koji podnosi ponudu u obavezi je da dostavljanjem kopija ugovora, otpremnica ili izjava prethodnih klijenata, dokaže da je u prethodnih pet godina uspešno I suštinski realizovao minimum 1 ugovor, minimalne vrednosti od 150.000,00 EUR.

U slučaju zajedničkog ulaganja, ponuđač ima mogućnost da uslove predviđene konkursnom dokumentacijom, u pogledu poslovnog, tehničkog i kadrovskog kapaciteta, ispunjava kumulativno sa članovima grupe, u kom slučaju je moguće priložiti izjave klijenata člana grupe u pogledu dokazivanja neophodnog poslovnog kapaciteta.



Pitanje br. 3:

U partiji 15, stavka 3. UPS 10KVA: u tehničkoj dokumentaciji piše min 1500VA/1350W, da li je potrebno ponuditi UPS od 10 Kva i u tom slučaju koja je minimalna snaga? Takođe se pominju i rezervne baterije. Koja količina rezervnih baterija je potrebna?

Pitanje br. 4:

U partiji 15, stavka 4. Rack, UPS tehnički opis je isti kao za stavku 3, molimo Vas da nam dostavite minimalne zahtevane karakteristike.

Odgovor na pitanje br. 3. i 4:

3	UPS 10.000VA	On-line with double voltage conversion Real sinus wave output Input voltage 110V to 276V, Automatic bypass Graphics LCD display Smart – microprocessor controlled Management software with network support RS-232 port to PC Spare Batteries 16 x 12V-9Ah
4	Rack UPS 19"	On-line with double voltage conversion Real sinus wave output Input voltage 110V to 276V, Automatic bypass Graphics LCD display min. 1500 VA / 1350 W Management software with network support RS-232 port to PC Spare Batteries

- Minimalna jednovremena snaga za UPS pod stavkom 3 je 10 kVA.
- Za svaki ponudjeni/isporučeni UPS potrebno je ponuditi/isporučiti jedan komplet rezervnih baterija. Standardno, UPS od 10 kVA se projektuju sa 16 baterijskih jedinica, ali postoji spremnost prihvatanja i alternativnog rešenja ukoliko su ispunjene ostale tehničke specifikacije.

NAPOMENA: Ukoliko UPS uređaj nema RS-232 port, a ima USB port, ponuda će biti prihvaćena ukoliko se uz UPS uređaj isporuči i USB-to RS-232 konvertor sa pripadajućim kablovima. U tom slučaju neophodno je to i navesti u tehničkom opisu ponude.