

## IZMENA BR.1 TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Objavljeno 10.02.2022. godine

N/D/01/2021

Vrši se izmena tenderske dokumentacije za **Nabavku opreme za razvoj regionalnih trening centara i modernizaciju srednjih stručnih škola u okviru programa modernizacije škola**”, broj nabavke N/D/01/21, tako što se:

U delu tenderske dokumentacije na u Obrazacu strukture cene za opremu za Medicinsku školu „dr Andra Jovanović” u Šapcu i Obrascu tehničke specifikacije za opremu za Medicinsku školu „dr Andra Jovanović” u Šapcu, **na pozicija 1.3 Antidekubitski dušek:**

Antidekubitalni dušek: Karakteristike proizvoda i tehnički podaci:

- Dimenzije napumpanog dušeka 290x185
- Može se koristiti kao naddušek ili kao zamenski dušek sa dodatkom pene širine od 7,5cm
- Materijal ćelija, baze: najlon +PVC
- Napajanje 220-240V 50Hz
- Atmosferski pritisak - od 700hPa do 1013,25 hPa
- Vreme ciklusa : Fiksirano 9,6 min @50Hz
- Procena osigurača – T1AL, 250V
- Težina do 2,2 kg

**menja opis na pozicija 1.3 Antidekubitski dušek tako da sada glasi:**

Antidekubitalni dušek: Karakteristike proizvoda i tehnički podaci:

- Dimenzije napumpanog dušeka 200x90x12,7 cm
- Može se koristiti kao naddušek ili kao zamenski dušek sa dodatkom pene širine od 7,5cm
- Materijal ćelija, baze: najlon +PVC
- Dimenzije kompresora 290x185x126 mm
- Napajanje 220-240V 50Hz
- Atmosferski pritisak Od 700hPa do 1013,25 hPa
- Vreme ciklusa : Fiksirano 9,6 min @50Hz
- Procena osigurača – T1AL, 250V
- Težina kompresora do 2,2 kg

Komisija za nabavku